

**РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ**  
на 2020 рік

1. Найменування замовника	Департамент цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника	23000066
3. Конкретна назва предмета закупівлі	<p>1. Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри, код УКТЗЕД – 3808;</p> <p>2. Пірометр (інфрачервоний термометр), код УКТЗЕД – 9025;</p> <p>3. Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання, код УКТЗЕД – 6210109200, 6210109800;</p> <p>4. Респіратор, код УКТЗЕД – 9020000000;</p> <p>5. Засоби індивідуального захисту очей, код УКТЗЕД – 3926909790, 9004909000;</p> <p>6. Рукавички медичні та спеціальні захисні, код УКТЗЕД – 3926200000, 4203291000, 4015;</p> <p>7. Фартух, код УКТЗЕД – 4015900000, 3926200000;</p> <p>8. Медична (хірургічна) маска, код УКТЗЕД – 6307909800.</p>
4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	<p>1. ДК 021-2015 – 24455000-8 (Дезінфекційні засоби).</p> <p>2. ДК 021-2015 – 38413000-3 (Пірометри).</p> <p>3. ДК 021-2015 – 35113400-3 (Захисний одяг), одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання, код УКТЗЕД – 6210109200, 6210109800.</p> <p>4. ДК 021-2015 – 33190000-8 (Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні), респіратор, код УКТЗЕД – 9020000000.</p> <p>5. ДК 021-2015 – 33000000-0 (Медичне обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни), засоби індивідуального захисту очей, код УКТЗЕД – 3926909790, 9004909000.</p>

	<p>6. ДК 021-2015 – 33140000-3 (Медичні матеріали), рукавички медичні та спеціальні захисні, код УКТЗЕД – 3926200000, 4203291000, 4015.</p> <p>7. ДК 021-2015 – 33190000-8 (Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні), фартух, код УКТЗЕД – 4015900000, 3926200000.</p> <p>8. ДК 021-2015 – 33140000-3 (Медичні матеріали), медична (хірургічна) маска, код УКТЗЕД – 6307909800.</p>
5. Код згідно з <a href="#">КЕКВ</a> (для бюджетних коштів).	2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»
6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі	<p>25 000 000,00 грн.</p> <p>Джерело фінансування закупівлі: Місцевий бюджет Харківської області</p> <p>Очікувана вартість предметів закупівель:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри, код УКТЗЕД – 3808 (204 650 грн);</li> <li>2. Пірометр (інфрачервоний термометр), код УКТЗЕД – 9025 (40 000 грн);</li> <li>3. Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання, код УКТЗЕД – 6210109200, 6210109800 (9 000 000 грн);</li> <li>4. Респіратор, код УКТЗЕД – 9020000000 (9 190 000 грн);</li> <li>5. Засоби індивідуального захисту очей, код УКТЗЕД – 3926909790, 9004909000 (1 100 000 грн)</li> <li>6. Рукавички медичні та спеціальні захисні, код УКТЗЕД – 3926200000, 4203291000, 4015 (4 540 350 грн);</li> <li>7. Фартух, код УКТЗЕД – 4015900000, 3926200000 (25 000 грн);</li> <li>8. Медична (хірургічна) маска, код УКТЗЕД – 6307909800 (900 000 грн).</li> </ol>

7. Вид закупівлі	Договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи
8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі	Вересень-жовтень 2020 р.
9. Примітки	<p>1. Місцезнаходження Замовника: 61038, м. Харків, Салтівське шосе, 73.</p> <p>2. Категорія підприємства - юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.</p> <p>3. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи закупівлі.</p> <p>4. Закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 530-IX; постанови КМУ «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» від 20 березня 2020 р. № 225 (зі змінами).</p> <p>5. Медико - технічні та загальні вимоги наведені в додатку до річного плану закупівель.</p> <p>6. Строк поставки товарів: до кінця 2020 року.</p>

Уповноважена Замовником особа



Андрій ВІЛОВСЬКИЙ

## Додаток до Річного плану закупівель

## 1. Медико-технічні вимоги

№	Назва	Вимоги
1	Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри, код УКТЗЕД – 3808, на суму – 204 650 грн	<p>1. Гігієнічна обробка рук.</p> <p>2. На основі етилового спирту (в кількості від 60 % до 75%) з додаванням комплексу четвертинних амонійних сполук від 0,02 до 0,04% (алкілдиметилбензіламоній хлорид, дидецилдиметилламоній хлорид), октенідину дигідрохлориду, феноксіетанолу, гліцерину, регулятор рН. Кількість діючих речовин не менше трьох.</p> <p>3. Можливість застосування засобу у відділеннях педіатричного профілю, антисептичної обробки шкіри перед та після проведення різних маніпуляцій у пацієнтів будь-якого віку, у т.ч. дітей.</p> <p>4. Можливість застосування засобу для: просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла; - антисептичної обробки шкіри стоп з метою профілактики грибкових захворювань, а також їх рецидивів; - дезінфекції взуття з метою профілактики дерматомікозів; - дезінфекції одягнутих на руки медичних рукавичок; - швидкої дезінфекції невеликих за площею, важкодоступних поверхонь.</p> <p>5. Можливість застосування засобу проти транзиторної, резидентної та патогенної мікрофлори шкіри. Засіб виявляє пролонговану бактерицидну (включаючи збудників туберкульозу (у т.ч. <i>M. terrae</i>), дифтерії мультирезистентний золотистий стафілокок (MRSA), <i>Enterococcus faecalis</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Proteus mirabilis</i> <i>Escherichia coli</i>, <i>Helicobacter pylori</i>, <i>Ps. aeruginosa</i> та збудники інших внутрішньолікарняних інфекцій, у т.ч. антибіотикорезистентні), віруліцидні (включаючи вірусні гепатити А, В, С, D, Е, F, G, ВІЛ, поліо-, рота-, корона-, коро-, поліома-, вакцинія-, герпес-, адено-, каліцівірусні інфекції, віруси ЕСНО, Коксакі, збудників різних видів грипу, у т.ч. грип А(Н5N1) «пташиний грип», А(Н1N1) «свинячий грип»), кору та фунгіцидні (включаючи кандидози, дерматомікози, <i>Aspergillus niger</i>, плісняві гриби) властивості.</p> <p>6. Наявність пролонгованих бактерицидних властивостей, що зберігаються не менше 3-х годин (у т.ч. не менше 3-х годин під рукавичками); можливість</p>

№	Назва	Вимоги
		<p>продовжуватися до 5 годин ( в залежності від мікробного обсіменіння шкіри).</p> <p>7. Безпечність засобу, відсутність кумулятивних властивостей, специфічних віддалених ефектів (канцерогенних, тератогенних, мутагенних, гонадотропних, ембріотоксичних).</p> <p>8. Відсутність в складі препарату фарбників, віддушки, амінів, гуанідинів, хлоргексидину, кислот, бутандіолу, пропілових спиртів, триклозану, перекису водню, повідону, йоду. Відсутність знежирюючого очищення шкіри.</p> <p>9. Час гігієнічної обробки рук 30 сек.</p> <p>10. Можливість застосовування засобу без попереднього миття рук, без наявності раковин для миття рук та води</p>
2	<p>Пірометр (інфрачервоний термометр), код УКТЗЕД – 9025, на суму – 40 000 грн</p>	<p>1. Точне вимірювання температури за одну секунду.</p> <p>2. Відсутність лазерної точки для запобігання потенційного пошкодження очей.</p> <p>3. Для вимірювання не потрібно контакт з шкірою, щоб уникнути небезпеки інфікування. Швидке безконтактне вимірювання температури тіла для оперативного виявлення людей з підвищеною температурою тіла, що може служити ознакою інфекційного захворювання.</p> <p>4. Оснащення світловою сигналізацією. Нормальний діапазон температур повинен бути позначений зеленим світлодіодним індикатором, про підвищену температуру - червоним.</p> <p>5. Оснащення звуковою сигналізацією, яка сповіщає про закінчення процесу вимірювання. Автоматичне відключення приладу.</p> <p>6. Діапазон вимірювань: 32° С ~ 42,9 ° С (89 F ~ 107 F)</p> <p>7. Точність: ± 0,3</p> <p>8. Час вимірювання: 500 мкс</p> <p>9. Умови експлуатації: 10 ... 40 ° С при відносній вологості до 85%</p> <p>10. Потужність: до 50 мВт</p> <p>11. Елементи живлення: 2 батареї типу АА</p> <p>12. Автоматична сигналізація: при температурі &gt; 38 ° С</p>
3	<p>Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання,</p>	<p>Водонепроникний лабораторний костюм (костюм біологічного захисту/комбінезон):</p> <p>1. Повинен являти собою м'який та легкий комбінезон, з проклеєними швами, з трикотажними манжетами на рукавах або петлею для пальців, антистатичною</p>

№	Назва	Вимоги
	код УКТЗЕД – 6210109200, 6210109800, на суму – 9 000 000 грн	<p>обробкою, повинен забезпечувати поєднання з іншими типами ЗІЗ.</p> <p>2.Повинен бути водостійким.</p> <p>3.Повинен бути в окремій упаковці.</p> <p>4.Повинен бути світлого кольору.</p> <p>5.Повинен мати довгі рукави.</p> <p>6.Повинен відповідати ДСТУ EN 14126:2008 Одяг захисний. Захист від інфекційних агентів. Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробування, ДСТУ EN 13034:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу для обмеженого захисту від рідких хімічних речовин; ДСТУ EN 14605:2017 Одяг захисний. Захист від рідких хімічних речовин. Вимоги до експлуатаційних характеристик одягу з непроникними до рідини (тип 3) або непроникними до спрею (тип 4) з'єднаннями та до предметів одягу для захисту частин тіла.</p>
4	Респіратор, код УКТЗЕД – 9020000000, на суму: – 9 190 000 грн	<p>Респіратор типу FFP2 та FFP3:</p> <p>1.Провинен бути призначений для захисту від дрібнодисперсних аерозолів.</p> <p>2.Повинен надавати максимальний захист від твердих та рідких аерозолів при концентрації не нижче 12 ПДК.</p> <p>3.Клас захисту респіратору FFP2/FFP3 згідно з вимогами міжнародних стандартів.</p> <p>4.Респіратор повинен бути виготовлений з нетканого фільтрувального матеріалу.</p> <p>5. Повинен бути оснащений носовим зажимом (носовою кліпсою), носовим обтюратором. Внутрішня частина респіратора має бути виготовлена з м'якого гіпоалергенного нетканого матеріалу.</p> <p>6.Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 149:2017 «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування». Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.</p> <p>7.Наявність сертифікатів системи управління якістю ISO 9001, ISO 13485 буде перевагою.</p>
5	Засоби індивідуального захисту очей,	<p>Захисний щиток:</p> <p>1.Повинен повністю закривати обличчя, зокрема, з боків та по довжині.</p>

№	Назва	Вимоги
	код УКТЗЕД – 3926909790, 9004909000, на суму – 1 100 000 грн	2.Повинен бути виготовлений з прозорого пластикового матеріалу з покриттям від запотівання та захистом від подряпин. 3.Ремінець, що регулюється, потрібен для щільного прилягання до голови та зручного носіння. 4.Повинен бути стійким до очищення та дезінфекції. 5.Повинен відповідати ДСТУ EN 166:2017 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови.
6	Рукавички медичні та спеціальні захисні, код УКТЗЕД – 3926200000, 4203291000, 4015, на суму – 4 540 350 грн	Рукавички медичні, нестерильні, нетальковані, нітрилові (за наявності) або гумові (з довгими манжетами та без манжетів): 1. Повинні мати рулонну манжету, рукавички без тальку, еластичні, не містити латексу або натурального каучуку, для одноразового використання, повинні бути універсальними. 2.Повинні відповідати ДСТУ EN 455-1:2014 Захисні засоби. Рукавички медичні одноразового використання. Частина 1. Вимоги та методи випробування щодо відсутності отворів; ДСТУ EN 16523-1:2018 Визначення стійкості матеріалу до проникання хімічних речовин. Частина 1. Проникання потенційно небезпечних рідких хімічних речовин в умовах безперервного контакту
7	Фартух, код УКТЗЕД – 4015900000, 3926200000, на суму – 25 000 грн	Фартух медичний: 1.Повинен бути м'яким та легким, антистатичною обробкою, забезпечує поєднання з іншими типами ЗІЗ. 2.Повинен бути водостійким. 3.Повинен бути в окремій упаковці. 4. Повинен бути світлого кольору. 5. Повинен мати ремінці, що фіксуються на талії та шиї. 6.Повинен відповідати діючим вимогам ДСТУ.
8	Медична (хірургічна) маска, код УКТЗЕД – 6307909800, на суму – 900 000 грн	1. Повинна бути виготовлена з гіпоалергенного нетканного матеріалу без запаху. 2. Зовнішня та внутрішня поверхні повинні бути різного кольору, на резинках, з фіксатором на переніссі. 3. Не повинна перешкоджати вільному диханню. 4. Повинні відповідати ДСТУ EN 14683:2014 Маски хірургічні. Вимоги та методи випробування

## 2. Загальні вимоги

1.1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки

відповідності, у передбаченому Законодавством порядку: на підтвердження Учасник повинен надати копію/оригінал декларації або копію/оригінал документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або застосування медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно з вимогами технічного регламенту.

1.2. На підтвердження гарантії поставки Учасник повинен надати Оригінал листа виробника (представництва, філії виробника), або представника, дилера, дистриб'ютора, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі, у зазначеній в Медико-технічних вимогах кількості.

1.3. Строк поставки товарів: до кінця 2020 року.

Уповноважена Замовником особа



Андрій ВІЛОВСЬКИЙ